

schülke -+



gigazyme®

Enzymatischer Reiniger auf Basis von nichtionischen Tensiden für die manuelle und halbautomatische Reinigung von Endoskopen und zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten.

Unser Plus

- sehr gute Reinigungskraft durch 3 Enzyme
- für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet
- angenehmer Duft
- keine Schaumbildung
- hinterlässt keine Rückstände

Anwendungsgebiete

gigazyme® ist ein enzymatischer Reiniger für die manuelle und halbautomatische Reinigung von Endoskopen und zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten. Die optimale Kombination aus hochwertigen Enzymen (**Protease** = spaltet Proteine, **Lipase** = löst fettthaltige Verschmutzungen, **Amylase** = entfernt Polysaccharide) und einem innovativen Tensidsystem bewirkt eine exzellente Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten aller Art. gigazyme® eignet sich auch für den Einsatz im Ultraschallbad.

Anwendungshinweise

gigazyme® ist ein Konzentrat und wird mit kaltem Wasser zu der gewünschten Anwendungskonzentration verdünnt. Instrumente und Endoskope in die Gebrauchslösung legen, so dass die Oberfläche vollständig benetzt ist und die Luft aus dem Lumen entweicht. Nach der Reinigung Instrumente sorgfältig mit Wasser spülen. Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller. Nicht mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln mischen. **Standzeit:** Es wird empfohlen, die Gebrauchslösung mindestens arbeitstäglich und bei sichtbarer Verunreinigung zu erneuern.

Anwendungskonzentration:

Bei normaler Verschmutzung: 0,5 - 1 %

Bei starker Verschmutzung: bis 10 %

1 Liter einer 1 %igen Lösung entspricht 990 ml Wasser und 10 ml gigazyme®.



Weitere Hinweise: Durch Verwendung von zu warmem Wasser kann es bei der Reinigung von blutverschmutzten Instrumenten und Endoskopen zur Koagulation des Blutes kommen. Dadurch wird die Reinigung erschwert. Für optimale Ergebnisse sollte die Temperatur der Reinigungslösung daher unter 35 °C liegen. Um im optimalen Temperaturbereich zu bleiben, kommt es daher ab ca. 32 °C zu einer Eintrübung der Lösung. Dies kann durch Zugabe von kaltem Wasser revidiert werden.



Produktdaten

Zusammensetzung:
Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004: 5 - 15 % nichtionische
Tenside, Enzyme, Duftstoffe.
Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler,
Korrosionsinhibitoren, Farbstoff.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	blau
Flammpunkt	43 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 7 / 20 °C / Konzentrat

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und
Sonnenbestrahlung schützen. Im Originalbehälter bei
Raumtemperatur lagern.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
gigazyme -int- 2 l FL	5/Karton	132105
gigazyme D/E 5 l KA	1/Kanister	132106

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Flaschendosierer für 2 l	183401
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Messbecher 500 ml	136101
Messbecher 50 ml	136102
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101
schülke Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135501

Verwandte Produkte

- gigasept® PAA concentrate
- gigasept® pearls
- gigazyme® X-tra

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter
www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Sales
Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.