


Einbaumaße

MED-100; BL-100; LABO-100; LABEX®-105; FROSTER-MED-95; FROSTER-LABEX®-96



Bei Einbau beachten:

[Hier bestellen!](#)

PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953

Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter ,
daher dieses nicht durch Gegenstände zustellen oder Verblenden ,
damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.