Stand: 12.03.2015 Seite **1** von **2** 

# DATENBLATT GENTLE SKIN PREMIUM OP

# PRODUKTBESCHREIBUNG:

OP-Handschuh aus Latex, steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.



Rösner-Mautby Meditrade GmbH

Medipark 1

83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

# PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF / Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
902155W / 5,5	mind. 295 // 72 ± 4	
90216W / 6	mind. 295 // 77 ± 5	
902165W / 6,5	mind. 295 // 83 ± 5	Schaft: 0,180 ± 0,020
90217W / 7	mind. 295 // 89 ± 5	Handfläche: 0,220 ± 0,020
902175W / 7,5	mind. 295 // 95 ± 5	Finger: 0,230 ± 0,020
90218W / 8	mind. 295 // 102 ± 6	
902185W / 8,5	mind. 295 // 108 ± 6	
90219W / 9	mind. 295 // 114 ± 6	

# **INHALTSSTOFFE**

Naturkautschuklatex\*, ZDEC, ZDBC, ZnO, Sulfur, Antioxidant, Polymer, Titanium Dioxide.

Frei von: MBT und Thiuramen.

#### **VERPACKUNG**

Peelverpackung	Box	Karton	Palette
1 Paar	50 Paar	4 Boxen	35 Karton

#### **HALTBARKEIT**

**5 Jahre** bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5° Grad und über 35° Grad vermeiden).

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIALVERÄNDERUNGEN / INFEKTIONSRISIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE <a href="www.meditrade.de">www.meditrade.de</a>. \*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.

Stand: 12.03.2015 Seite **2** von **2** 

# **STERILISATION**

Sterilisationsverfahren: Elektronenbestrahlung (Electron Beam)

# PRODUKTBEZOGENE NORMEN

**EN 455** / AQL 0,65

**EN 374** / wasserdichter Handschuh mit geringfügigem Schutz gegen chemische Gefahren

# **QUALITÄTSZERTIFIKATE**

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse II a gem. Richtlinie 93/42/EWG