

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-DECLARATION OF CONFORMITY / UE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Wir
We
Nous

Almedica AG
Hauptstrasse 76
CH-3285 Galmiz

erklären hiermit, dass das / *declare that the* / *déclarons que le*

Produkt
Product/produit

Kleinbrutschrank Cultura® M
small incubator, mini incubateur

Typ/type/type

70700 – 70716
70700R – 70716R

übereinstimmt mit / *corresponds to* / *est d'accord avec*

2014/30/EU **EMV-Richtlinie** / EMC Directive / *Directive CEM*
2014/35/EU **Niederspannungsrichtlinie** / Low Voltage Directive / *Directive basse tension*
2015/863/EU **RoHS III-Richtlinie** / RoHS III Directive / *Directive RoHS III*
2012/19/EU **WEEE II-Richtlinie** / WEEE II Directive / *Directive WEEE II*
1907/2006 **REACH-Verordnung** / REACH Regulation / *Règlement REACH*

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten.

on the harmonisation of the laws of the Member States.

relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant.

Zur Prüfung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:

To check the conformity, following standards were applied:

Pour examiner la conformité, les normes suivantes ont été appliquées:

Emission: EN 61326-1:2013 | EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Electromagnetic field: EN 62233:2008

Immunity: EN 61326-1:2013 | EN 55014-2:1997+A1 :2001+A2 :2008
EN 61000-6-2:2005

Security: EN 61010-1:2010 | EN 61010-2-010:2003

Tech. documentation: EN 50581:2012

Galmiz, 28. Februar 2019

Almedica AG



Beat Fasnacht-Müller
Direktor / Director / *Directeur*

Zusätzliche Standards / Additional standards / *Normes supplémentaires*

Emission (Canada): ICES-001 (Issue 4, 2006-06)

Emission (USA): FCC CFR47 part 15, edition 2012-10-01, class B