

LactatePro LT-1730

Kurzbedienungsanleitung

1



Desinfektion des Ohrenläppchens/Fingers.
Öffnen und Einsetzen des Teststreifens in
den Teststreifenschlitz des LactatePro Gerätes.

2



Punktion gem. Bedienungsanleitung des Stechers.
Erster Tropfen wegwischen. Halten des Streifenendes
an den Blutstropfen – der Streifen zieht automatisch
die notwendige Blutmenge ein. Ein Signal meldet den Beginn
der Messung.Vorsicht, Blut nicht auf Streifen tropfen.

3



Nach 15 Sekunden erscheint das Resultat.
„lo“ wird angezeigt bei einer Laktatmenge <0.5 mmol/l
„hi“ wird angezeigt bei einer Laktatmenge >25.0 mmol/l





Mögliche Fehlerquellen

- Vermischung von Schweiss und Blut
- Berühren des Streifens mit schmutzigen oder feuchten Händen
- Ungenügendes Einstecken des Streifens
- Zu kalte/warme Aussentemperatur

Axonlab

Axon Lab AG

www.axonlab.com

Heinrich-Otto-Strasse 1
D-73262 Reichenbach/Stuttgart
Tel. +49 (0)7153 9226-0
Fax +49 (0)7153 9226-26
info@axonlab.de