# SteamSensor 5

Chemischer Indikator zur Überwachung der Dampfsterilisation bei 121°C bzw. 134°C

ENTSPRICHT DIN EN ISO 11140-1 KLASSE 5 RKI KONFORM

## Verwendungszweck

Indikatorsystem nach DIN EN ISO 11140-1 zur Überwachung von Sterilisationszyklen bei 121°C bzw. 134°C.

| Produkt | Best.- Nr. | Packungsgröße | Lagerung | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| SteamSensor | 212001 | 200 Stück | Dunkel, trocken | 2 Jahre |
| SteamSensor | 212005 | 1.000 Stück | bei Raumtemperatur | ab Herstelldatum |
| SteamSensor | 212010 | 2.000 Stück | | |

## Anwendung/Durchführung

Den SteamSensor zur Beladung in die Sterilisationskammer legen. Den entsprechenden Sterilisationszyklus starten. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus den SteamSensor herausnehmen.




## Auswertung

Farbumschlag des Indikators anhand der beigefügten Farbkarte prüfen. (Farbkarte ist jeder Packung beigelegt)

## Dokumentation

SteamSensor an der Perforation trennen. Klebefolie entfernen und Barcode in Sterilisationstagebuch (Best.-Nr. 810001) einkleben. Indikator auswerten und das Ergebnis in das Sterilisationstagebuch eintragen, den Indikator verwerfen.

stericop
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim
T +49 (0) 6036-98433-0
F +49 (0) 6036-98433-21
info@stericop.com
www.stericop.com